维普资讯 http://www.cqvip.com

病性等因子均与国内常模水平相似。可见,有效的心理护理能改变耐多药结核病人的恐怖、焦虑、抑郁等不良情绪。

本研究能取得较好的护理效果,可能与我们注重疾病治疗的同时,配合采用的综合心理护理措施有关。如:一般性心理支持、疾病知识教育、个别心理辅导、患者互助治疗、家庭和社会支持性治疗、音乐结合肌肉放松及内心意念引导等心理治疗。本研究表明对耐多药结核病人在常规治疗的基础上配合综合性的心理治疗能激发病人生存的欲望及治疗的信心,增加治疗的顺从性及积极性,提高病人的生活质量,具有显著的社会效益。值得临床推广应用和进一步研究。

[参考文献]

[1] 唐本尧,张文彬,何安贵,等.56例肺结核病例耐药原因分析[J].预防医学情报杂志,2002,18(6):576.
[2] 彭卫生,王英年,肖成志.新编结核病学[M].第2版.北京:中国医药科技出版社,2003.486-492.
[3] 韩亮亮.肺结核病人的心理护理[J].临床肺科杂志,2005,5(3):326.
[4] 汪向东,王西林,马 弘.心理卫生评定量表手册[M].增订版.北京:中国心理卫生杂志社,1999.
[5] 李英娥,崔兆芹,倪国芳.耐多药结核病患者的心理分析及护理[J].临床肺科杂志,2003,8(6):587.
[6] 张丽湘,夏 红.妇科恶性肿瘤患者的心理护理研究,[J].中国妇幼健康研究2006,17(4):282-283.
[7] 张洪芬.介入治疗老年冠心病患者的心理护理[J].局解手术学杂志,2005,14(4):280
[8] 李冬梅.心理干预对改善老年冠心病焦虑抑郁状况的临床研究[J].现代医药卫生,2006,22(9):1283-1284.

(编辑:郭光金)

无菌塑料保护罩在手术中的多重应用

张玲琳,曾 俊,吴治敏,周 妮 (第三军医大学附属西南医院手术室,重庆 400038)

[关键词] 无菌;塑料保护罩;手术
[中图分类号] R826.23 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2007)03-0183-01

近年来中、大型精密仪器已广泛应用于各种外科手术中,成为现代外科治疗中必不可少的辅助设备。如术中显微镜、术中C臂机、医用制冰机等。但术中无菌要求严格,对于手术台上要使仪器达到无菌状态没有一个很好的办法。我院手术室从2000年开始使用无菌塑料保护罩对显微镜、术中C臂机、医用制冰机等仪器进行罩护隔离,使术中使用的仪器达到了无菌要求,且对仪器无损伤,满足了临床的要求,效果满意。现报告如下。

1 材料与用法

1.1 材料

无菌保护罩1个,有两种规格型号:170 cm×150 cm和120 cm×100 cm)。

1.2 用法

1.2.1 用于显微手术中 在脑外科、眼科、骨科等需要使用显微镜时,由洗手护士将无菌保护罩罩住显微镜功能部分,由巡回护士将保护罩罩口处绳子打结系紧,保持无菌面的垂直距离大于30 cm。洗手护士用无菌橡皮筋将镜头及手柄处固定,用剪刀将目镜、物镜处剪出相应的小孔,暴露视野。

1.2.2 用于制冰机的罩护 体外循环或其它移植手术等需要冰泥时,洗手护士将无菌保护罩于制冰机上,巡回护士在保证无菌的基础上,协助将其罩好,并在散热口上方将显微镜罩口反折收紧绳子打结,保证露出散热口。洗手护士直接放上无菌制冰盆,安放平稳即可。

1.2.3 用于骨科术中C臂机的罩护 骨科手术用C臂机透视时,由洗手护士将无菌保护罩于罩于C臂上,由巡回护士在C臂根部将罩口收紧并将绳子再围绕根部两周打结固定或直接剪短。

2 讨论

用于显微手术中罩护显微镜,可充分保证手术台的无菌状态,方便手术者操作,不影响视野及显微镜清晰度,有效的保证了手术的顺利进行。操作时由洗手护士和巡回护士配合完成,达到无菌要求,使用方便。使用保护罩罩护制冰机,使用方便,传冷快,减少冷媒液挥发,保持其制冷效果。并且克服了用传统的布罩容易被打湿,无菌状态保持不好,冷媒液容易挥发等缺点。用保护罩护C臂机,避免了因透视而污染手术野,保证C臂机以最好的角度进行透视。使用此罩易于仪器的保养,保证仪器不被血液等体液污染。保护罩有大、小型号,也可以用于其它术中仪器,保证手术的无菌需要。

无菌塑料保护罩在手术中的多重应用,在应用中给病人带来了安全,医护人员带来的方便,深受大家的喜爱,并值得在临床中推广应用。

[收稿日期] 2007-02-10 [修回日期] 2007-04-16

(编辑:左艳芳)