维普资讯 http://www.cqvip.com

局解手术学杂志 2007年第16卷第3期
J Regional Anat & Operative Surg,2007,Vol.16,No.3

医用灭菌保护套的巧整理

唐 莉,曾 俊 (第三军医大学附属西南医院手术麻醉科,重庆 400038)

[关键词] 无菌技术;灭菌保护套
[中图分类号] R613 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2007)03-0220-01

随着微创外科手术的迅速发展,新型手术仪器设备大量推广应用。而这些仪器设备需连接相应的导线后方可使用。如何快速、有效的将导线套上灭菌保护套,且与灭菌的器械相连,以保证手术顺利开展,成为手术室器械准备的重要环节之一。传统的方法是在套入之前以双手大拇指及手腕用力将紧贴的保护套松解分开,但分开后双手都感到酸痛,而且操作效率低。作者在实践中摸索出一种新的整理方法。此方法是以整个左手负重,右手协助将保护套分开,既简单易学,操作起来又非常省力。现介绍如下。

1 操作方法

在整理无菌器械台时,由器械护士剪开内层无菌包装袋封口,取出160 cm×20 cm无菌保护套(图1a)。将无菌包装袋套入左手指内,露出大拇指,以固定保护套(图1b)。将无菌保护套开口端套入套有无菌包装袋的左手指内,四指外展张开与无菌包装袋横径相当(图1c)。左手负重,右手协助快速将保护套套入左手内,直至尾端(图1d)。套至尾端后,剪开尾端封口,以无触摸法将导线套上灭菌保护套(图1e),然后再将导线与灭菌器械相连(图1f)。




图1 灭菌保护套操作方法

2 优点

此操作方法的优点主要有:①以左手负重代替了双手大拇指用力,避免了双手因用力过渡而产生酸痛感,即快又省力,从而有效的提高了手术操作效率。②操作简单,所用时间短,容易学习掌握。③取材方便,经济实惠,节省手术费用。④此方法适用于各种规格型号的医用无菌保护套。

[收稿日期] 2007-02-05 [修回日期] 2007-03-23

(编辑:余汇洋)

静滴阿奇霉素不良反应的观察与护理

孙立琴 (安徽省立医院急救中心,安徽 合肥 230001)

[关键词] 阿奇霉素;静脉滴注;药物不良反应
[中图分类号] R826.26;R978.1 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2007)03-0220-02

阿奇霉素是在红霉素的基础上经化学结构修饰形成的新一代广谱抗生素,在血液和组织中的浓度高、半衰期长,适用于混合性感染的治疗,且不须做过敏试验,广泛用于临床[1],但仍可见一些不良反应,如过敏性休克、胃肠道反应和血管刺激症状等。现将我科2004年11月至2006年5月间使用阿奇霉素后出现血管刺激症状的临床观察与护理总结报告如下。

[收稿日期] 2007-01-25 [修回日期] 2007-03-23