维普资讯 http://www.cqvip.com

介绍一种自制凹陷性颅骨骨折整复器

齐 宇[1], 杨忠才[2], 宋健民[1]
(1. 佳木斯大学第二附属医院神经外科, 黑龙江 佳木斯 154002; 2. 依兰县中医院, 黑龙江 依兰 150000)

[关键词] 颅骨骨折; 整复器
[中图分类号] R683.5 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2004)01-0071-01

我们研制了一种凹陷性颅骨骨折整复器, 经临床应用效果比较满意, 现介绍如下。

1 主要结构


该装置由 1.5 cm × 1.0 cm 的不锈钢制成密闭矩形框架, 长度 12 cm, 宽 8 cm, 在长框中央安置一螺旋杆, 长度为 15 cm, 前端为直径 3 cm 的圆形加压垫, 后端为手柄(如图 1)。

2 用法

绕凹陷骨折马蹄形开瓣, 帽状腱膜下分离皮瓣。颅骨钻孔, 部分咬开带有供血肌蒂的颅骨基底部, 其余骨孔间颅骨用线锯锯开, 翻开骨瓣后, 凹陷骨折即显露。将骨瓣框入骨折整复器, 外板贴在框架上, 将加压垫对准凹陷内板最突出处, 旋转手柄, 逐渐用力, 直至凹陷骨折复位。取下整复器, 骨瓣复位固定, 缝合头皮。

3 特点

我们用此整复器整复凹陷骨折 16 例, 收到良好效果。认为有以下优点: ① 操作安全, 使用方便, 复位效果满意, 保持颅骨的完整性, 可避免因用骨撬盲撬引起继发颅内出血或脑损伤; ② 保留骨瓣血供, 可避免游离骨瓣方法复位引起缺血而导致骨瓣坏死或骨髓炎的形成。



A: 框架; B: 凹陷颅骨; C: 加压垫; D: 螺旋杆; E: 手柄
图 1 凹陷性骨折整复器结构

[收稿日期] 2002-11-15 [修回日期] 2003-12-08
(编辑: 张天飞)

新洁尔灭液外用引起皮肤损害 4 例报告

任俊华, 骆 伟
(奎屯市生产建设兵团农七师 124 团医院, 新疆 奎屯 833011)

[关键词] 新洁尔灭液; 皮肤损害
[中图分类号] R758.2 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2004)01-0071-02

0.1%新洁尔灭液是一种刺激性小、消毒作用强的新一代消毒液, 广泛用于术前皮肤消毒, 很少造成局部皮肤损害。综合我院近年 0.1%新洁尔灭液应用情况, 共有 4 例病人出现了不同程度的皮肤损害, 现报告如下。

1 临床资料

例 1, 女, 45 岁。因下腹痛, 白带异常就诊, 拟行妇科检查时用 0.1%新洁尔灭液对外阴及大腿内侧进行常规消毒。次日患者出现外阴及大腿内侧痒痛, 检查见消毒过的皮肤红肿, 针尖大小的皮疹散在分布, 少量结痂。嘱用 1:5 000 高锰酸钾液坐浴, 3 d 后, 渐好转, 焦痂脱落, 渐愈。

例 2, 男, 20 岁。因左侧睾丸鞘膜积液, 拟行左侧睾丸鞘膜部分切除加翻转术。用 0.1%新洁尔灭液术野消毒, 术程顺利。术后次日出现切口周围痛。被 1%新洁尔灭液术野消毒过的皮肤呈浅黑色, 少量分泌物, 切口内侧阴囊部皮肤呈轻微坏死, 约 2 cm × 2 cm 形成结痂。术后第四天, 结痂下有少许分泌物。术

[收稿日期] 2003-03-04 [修回日期] 2004-01-02